

Ogłoszenie nr 2021-22185-72502

autoklaw - urządzenie laboratoryjne

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 5

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-10-05

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o pojemności komory 55 l?

Nie udzielono odpowiedzi

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-10-05

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o zakresie temperatury sterylizacji do 135C? Nie ma uzasadnienia, aby prowadzić proces wyjaławiania w temp. powyżej 134C.

Nie udzielono odpowiedzi

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-10-05

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający poprzez funkcję szybkiej sterylizacji rozumie funkcję szybkiego chłodzenia komory za pomocą płaszcza wodnego?

Prosimy o doprecyzowanie.

Nie udzielono odpowiedzi

Pytanie numer 4, data wysłania 2021-10-05

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez autoklaw programu wstępnego ogrzewania?

Urządzenie zgodnie z wymaganiami będzie wyposażone w program podtrzymujący grzanie, np. do topienia agaru.

Nie udzielono odpowiedzi

Pytanie numer 5, data wysłania 2021-10-05

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać wymagany "Fracjonujący system wylotowy dla wrażliwych materiałów" ?

Nie udzielono odpowiedzi
